

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ 24

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений расходных материалов для аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO

с. Маканчи

03 декабря 2021 года

Наименование заказчика: КГП на ПХВ «Районная больница №2 Урджарского района» Управления здравоохранения ВКО.

Юридический адрес заказчика: Восточно-Казахстанская область Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. А.Найманбаева 191.

Краткое описание и цена закупаемых товаров, их краткое наименование

№ п/п	Наименование и технические характеристики	Ед. изм	объем закупа	цена за един. (в тенге)	Сумма, выделенна я для закупа (в тенге)
1	Назальные канюли для детей и новорожденных. Канюля назальная кислородная. Назначение: для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO. Канюля изготовлена из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Канюля имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются. Дополнительно канюля снабжается специальным фиксатором для крепления за ушной раковиной. Канюля не изготовлена из натурального латекса и не содержит фталатов (DEHP, DBP, BBP). • Максимальное давление газа на входе: 100 кПа. • Только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней. • Условия эксплуатации: 18 °С ~ 28 °С, относительная влажность 30 ~ 80% (без конденсации), 700 ~ 1060 гПа. Сертификация: • Соответствие стандарту IEC/EN 60601 • Наличие сертификата ЕС 93/42/ЕЕС	шт	5	14540	72700

2	Дыхательный контур с нагревом для детей и новорожденных. Одноразовая дыхательная трубка (контур) для аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO. Контур (трубка) имеет запатентованную интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента и исключает подключение несовместимого типа дыхательного контура. Коннектор 6-ти контактный для соединения кабеля нагрева и температуры.	шт	5	24260	121300
---	--	----	---	-------	--------

Сроки и условия поставки: 15 календарных дней со дня получения заявки на поставку товара;

Место поставки товаров: РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинский с.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191, до двери склада для хранения лекарственных средств.

Место представления (приема) документов: Индекс: 071724, РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинский с.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191, 2 этаж приемная главного врача (рабочее время с 08:00ч до 17:00ч; обеденный перерыв с 13:00ч до 14:00ч).

Окончательный срок представления ценовых предложений:
до 09:00ч. 03 декабря 2021 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
03 декабря 2021 года в 09:10ч по адресу: Индекс: 071724, РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинский с.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191.

При вскрытии конверта с ценовыми предложениями присутствовавших представителей - нет.

По итогам рассмотрения ценовых предложений, Заказчик КГП на ПХВ «Районная больница №2 Урджарского района» Управления здравоохранения ВКО принял,

РЕШЕНИЕ:

1. По лотам №1,2 победителем закупа признать потенциального поставщика ТОО «DEMEU TRADING» БИН 200340018420, юр. адрес: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, Южная башня, 9 этаж, как единственного участника представившего ценовое предложение и заключить Договор закупа на сумму 194000 (сто девяносто четыре тысячи) тенге 00 тиын.

Главный врач
КГП на ПХВ «Районная больница №2
Урджарского района» УЗ ВКО



Жакиянова Н.С.